

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	透明吸头, 10ul, 加长, 盒装, 无菌			产品货号	GT02-0010		
包装规格	96 支/盒, 50 盒/箱			生产批号	01007823249		
生产日期	2023. 08. 31	有效期至	2026. 08	检验日期	2023. 09. 01		
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 01		
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定		
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定		
3	密封性	与合格的移液设备配套使用, 密封好, 无漏液			符合规定		
4	无酶	应不含 DNA 酶、RNA 酶			符合规定		
5	无菌	经无菌处理, 要求无菌			符合规定		
6	适配性	与合格的移液设备配套使用, 应有良好的适配性			符合规定		
7	容量	与合格的移液设备配套使用后, 吸取吸头相应容量的纯化水			符合规定		
8	同心度	规格 10uL 吸头的合格要求为: 同心度<0.8mm			符合规定		
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023. 09. 01	日期:	2023. 09. 01
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							