

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	PCR96 孔板, 0.2ml, 白色, 无裙边			产品货号	PCR-02-96W
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	240116001
生产日期	2024.01.16	有效期至	2027.01	检验日期	2024.01.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.01.17
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	管壁厚度: 0.266mm±0.01			符合规定
4	重量	部件重量: 1.00276			符合规定
		起始重量: 1.39439			符合规定
		最终重量: 1.39105			符合规定
5	蒸发率	0.8554%			符合规定
6	机理环境	无酶, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2024.01.17
http://www.genever-bio.com				日期:	2024.01.17