

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	PCR 八联管, 0.2ml, 透明, 含平盖			产品货号	PCR-0208-F		
包装规格	125 个/盒, 10 盒/箱			生产批号	221005013		
生产日期	2022. 10. 05	有效期至	2025. 10	检验日期	2022. 10. 06		
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 10. 06		
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
3	注塑卡尺寸	管壁厚度: 0.266mm±0.01			符合规定		
4	重量	部件重量: 1.00276			符合规定		
		起始重量: 1.39439			符合规定		
		最终重量: 1.39105			符合规定		
5	容量	0.2ml±0.01			符合规定		
6	机理环境	无酶, 无热原			符合规定		
7	蒸发率	0.8554%			符合规定		
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章		检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2022. 10. 06	日期:	2022. 10. 06
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							