

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

品名	巴氏吸管, 3ml, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-1003
包装规格	100支/盒, 5袋/箱			生产批号	221106001
生产日期	2022.11.06	有效期至	2025.11	检验日期	2022.11.07
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.11.07
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	无菌保证等级 (SAL)	10 ⁻⁴			符合规定
4	容量	3ml ± 0.1			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2022.11.07
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022.11.07	日期:	2022.11.07
http://www.genever-bio.com					