

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

品名	透明吸头, 5ml, 大口, 适配艾本德, 袋装	产品货号	GT-5000A		
包装规格	100 支/袋, 10 袋/箱	生产批号	220807011		
生产日期	2022. 08. 07	有效期至	2025. 08	检验日期	2022. 08. 08
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 08. 08
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	开口内径: 12. 28mm			符合规定
		小口内径: 1. 5mm			符合规定
		长度: 123. 65mm			符合规定
4	容量	5000ul ± 1			符合规定
5	机理环境	无酶, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2022. 08. 08
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022. 08. 08	日期:	2022. 08. 08
http://www.genever-bio.com					