

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	透明吸头, 5ml, 小口, 适配赛默飞, 袋装	产品货号	GT-5000		
包装规格	100 支/袋, 10 袋/箱	生产批号	220406013		
生产日期	2022.04.06	有效期至	2025.04	检验日期	2022.04.07
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.04.07
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	开口内径: 12.28mm			符合规定
		小口内径: 1.5mm			符合规定
		长度: 123.65mm			符合规定
4	容量	5000ul ± 1			符合规定
5	机理环境	无酶, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022.04.07	日期:	2022.04.07
http://www.genever-bio.com					