

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

| 品名 | 透明吸头, 200ul, 袋装 | | | 产品货号 | GT-200 |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------|------|------------|
| 包装规格 | 1000 支/袋, 10 袋/箱 | | | 生产批号 | 230321014 |
| 生产日期 | 2023.03.18 | 有效期至 | 2026.03 | 检验日期 | 2023.03.20 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2023.03.21 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 色泽均匀一致、透明、无明显色差 | | | 符合规定 |
| | | 光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡 | | | 符合规定 |
| | | 容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺 | | | 符合规定 |
| 2 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂现象 | | | 符合规定 |
| | | 无变形 | | | 符合规定 |
| 3 | 注塑卡尺寸 | 开口内径: 5.86mm | | | 符合规定 |
| | | 小口内径: 0.5mm | | | 符合规定 |
| | | 长度: 50.96mm | | | 符合规定 |
| 4 | 容量 | 200ul ± 1 | | | 符合规定 |
| 5 | 无菌 | 经无菌处理, 应无菌 | | | 符合规定 |
| 6 | 无热源 | 应无热源 | | | 符合规定 |
| 结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验: 王欣新 | | 确认: | 张相平 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | 日期: 2023.03.21 | | 日期: | 2023.03.21 |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | | | | |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |