

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1.	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷	符合规定
2.	尺寸	应符合图纸规格	符合规定
3.	接触角	接触角 $\leq 60^\circ$	符合规定
4.	细胞培养检测	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好	符合规定
5.	包装	包材、数量正确, 包装完好	符合规定
6.	灭菌	经检测后, 产品应无菌(核查辐照证明)	符合规定
7.	细菌内毒素	经检测后, 细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/mL}$	符合规定
8.	核酸酶检验	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带	符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾	符合规定
		测试品: 条带清晰可见、无拖尾	符合规定
结论		合格	
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王欣新 质检专用章	确认人: 张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872			日期: 2023.04.21
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期: 2023.04.21	日期: 2023.04.21
http://www.genever-bio.com			